

**ALCANCE DE ACREDITACIÓN**  
CONFORME A LA NTG/ISO 15189:2022

**BIOLAB**  
BIOLAB, S.A.  
LABORATORIO CLÍNICO

**Contacto:** Licda. Gabriela Penados.  
**Dirección:** Calzada Atanasio Tzul 16-67, C.C. Madero Express, Zona 12, Guatemala, Guatemala.  
**Teléfonos:** (+502) 2506-3131

**Registro de acreditación:** OGA-LE-061-15  
**Fecha de evaluación inicial/última reevaluación:** 2023-06-29  
**Acreditado desde:** 2015-10-07  
**Fecha de próxima reevaluación:** 2027-06-29

**Ampliación:**  
**Fecha de ampliación:** 2022-02-16

No.	Sección	Análisis/ prueba	Método	POE	Tipo de muestra	Unidades	Rango de medición /límite de detección	Instalación/ sucursal	Estatus
1	Química Clínica	Ácido Úrico	Uricasa Peroxidasa	PB 02	Suero	mg/dL	0.02 -25.0	Sede Central: BIOLAB Madero Express Atanasio.	Vigente
2	Química Clínica	Colesterol	Colesterol Oxidasa Peroxidasa	PB 11	Suero	mg/dL	0.3 - 1000	Sede Central: BIOLAB Madero Express Atanasio.	Vigente
3	Química Clínica	Creatinina	Jaffe	PB 16	Suero	mg/dL	0.3 - 20.0	Sede Central: BIOLAB Madero Express Atanasio.	Vigente
4	Química Clínica	Glucosa	Glucosa oxidasa	PB 25	Suero	mg/dL	0.23 - 500	Sede Central: BIOLAB Madero Express Atanasio.	Vigente
5	Química Clínica	Triglicéridos	Enzimático GPO-PAP	PB 36	Suero	mg/dL	1.6 - 600	Sede Central: BIOLAB Madero Express Atanasio.	Vigente
6	Química Clínica	Hemoglobina Glicosilada -HbA1c	HPLC	BIORAD D10 Hemoglobina Glicosilada HbA1c	Sangre completa	%	3.8 – 18.5	Sede Central: BIOLAB Madero Express Atanasio.	Vigente
7	Inmunología	Drogas de Abuso	Inmuncromatografía	P Drogas 01	Orina	Positivo / Negativo	No aplica	Sede Central: BIOLAB Madero Express Atanasio.	Vigente

Nota: En la sede central se lleva a cabo las fases: preanalítica, analítica y postanalítica de los ensayos.

-ÚLTIMA LÍNEA-

**SUCURSAL 1**

**Contacto:** Licda. Katherine Moratava.  
**Dirección:** Av. Petapa 28-98, Edificio la Gran Vía, zona 12, Guatemala, Guatemala.  
**Teléfonos:** (+502) 2442 3929

**Ampliación:**  
**Fecha de ampliación:** 2017-02-15

No.	Sección	Análisis/ prueba	Método	POE	Tipo de muestra	Unidades	Rango de medición /límite de detección	Instalación/ sucursal	Estatus
8	Inmunología	Detección de Drogas de Abuso	Inmuncromatografía	P Drogas 01_Panel de Drogas de Abuso	Orina	Positivo / Negativo	No aplica	Sucursal 1: BIOLAB Petapa	Vigente

Nota: En la sucursal 1 se lleva a cabo las fases: preanalítica, analítica y postanalítica de los ensayos.

-ÚLTIMA LÍNEA-

**SUCURSAL 2**

**Contacto:** Licda. Deyling Maldonado.  
**Dirección:** Km 6.5 CA-1, 25-74, Local s2-1, Plaza Madero Próceres zona 4, Santa Catarina Pinula, Guatemala.  
**Teléfonos:** (+502) 2506-3131 y 2291-2320

**Ampliación:**  
**Fecha de ampliación:** 2025-07-21

No.	Sección	Análisis/ prueba	Método	POE	Tipo de muestra	Unidades	Rango de medición /límite de detección	Instalación/ sucursal	Estatus
9	Química Clínica	Ácido Úrico	Uricasa Peroxidasa	PB 02	Suero	mg/dL	0.0 -20.0	Sucursal 2: BIOLAB Próceres	Vigente
10	Química Clínica	Colesterol	Colesterol Oxidasa Peroxidasa	PB 11	Suero	mg/dL	0.0 - 500	Sucursal 2: BIOLAB Próceres	Vigente
11	Química Clínica	Creatinina	Jaffe	PB 16	Suero	mg/dL	0.10 - 25.0	Sucursal 2: BIOLAB Próceres	Vigente
12	Química Clínica	Glucosa	Hexoquinasa	PB 25	Suero	mg/dL	0.0 - 600	Sucursal 2: BIOLAB Próceres	Vigente
13	Química Clínica	Triglicéridos	Enzimático GPO-PAP	PB 36	Suero	mg/dL	0.0 – 1000	Sucursal 2: BIOLAB Próceres	Vigente
14	Inmunología	Detección de Drogas de Abuso	Inmuncromatografía	P Drogas 01_Panel de Drogas de Abuso	Orina	Positivo / Negativo	No aplica	Sucursal 2: BIOLAB Próceres	Vigente

Nota: En la sucursal 2 se lleva a cabo las fases: preanalítica, analítica y postanalítica de los ensayos.

-ÚLTIMA LÍNEA-



### SUCURSAL 3

**Contacto:** Licda. Gabriela Alonzo.

**Dirección:** Km. 13.5 Calzada Roosevelt 7-59, Colonia Cotiá, Plaza Madero Roosevelt, local No. 5, zona 3, Mixco, Guatemala.

**Teléfonos:** (+502) 2506-3131

**Ampliación:**

**Fecha de ampliación:** 2022-02-16

No.	Sección	Análisis/ prueba	Método	POE	Tipo de muestra	Unidades	Rango de medición /límite de detección	Instalación/ sucursal	Estatus
15	Inmunología	Detección de Drogas de Abuso	Inmunocromatografía	P Drogas 01_Panel de Drogas de Abuso	Orina	Positivo / Negativo	No aplica	Sucursal 3: BIOLAB Madero Roosevelt	Vigente

**Nota:** En la sucursal 2 se lleva a cabo las fases: preanalítica, analítica y postanalítica de los ensayos.

-ÚLTIMA LÍNEA-

**Fecha de actualización:** 2025-07-21

### Más información:

**Oficina Guatemalteca de Acreditación**

Sistema Nacional de Calidad

Ministerio de Economía

PBX (502) 2247-2600

[www.oga.org.gt](http://www.oga.org.gt)

[info-oga@mineco.gob.gt](mailto:info-oga@mineco.gob.gt)

[info@oga.org.gt](mailto:info@oga.org.gt)